

REF 6001

Čisticí polštářek

Určené použití

Čisticí polštářek, určený k použití na rigidních endoskopech, má čisticí povrch, který pomáhá snížit množství nečistot na čočce.

Varování

- Používejte pouze s rigidními endoskopy.
- NEPOUŽÍVEJTE na velmi horkých površích.
- NEPOUŽÍVEJTE s chemikáliemi a rozpouštědly.
- NEPROVÁDĚJTE žádné úpravy polštářků.
- Během čištění endoskop NEOHÝBEJTE.

V případě nehody

Jakýkoli závažný incident, ke kterému dojde v souvislosti s tímto prostředkem, musí být nahlášen výrobci a příslušnému orgánu členského státu, ve kterém má uživatel a/nebo pacient sídlo či bydliště.



Domicomed.com/eifu



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street,
Swata, BKR 4013 Malta



Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430
USA
1.800.750.5300
www.domicomed.com

