

REF 6001

Hiomatyyny

Käyttötarkoitus

Jäykissä endoskoopeissa käytettäväksi suunnitellussa kiillotustyynyssä on kiillotuspinta, joka auttaa vähentämään roskea linssistä.

Varoitukset

- Käytä vain jäykkien endoskooppien kanssa.
- ÄLÄ käytä erittäin kuumilla pinnoilla.
- ÄLÄ käytä kemikaalien tai liuottimien kanssa.
- ÄLÄ tee muutoksia tyynyihin.
- ÄLÄ taivuta tähytintä hiottaessasi.

Onnettomuuden sattuessa

Kaikista tähän laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava valmistajalle ja sen jäsenvaltion asianomaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas sijaitsee.



Domicomed.com/eifu



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street,
Swata, BKR 4013 Malta



Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430
Yhdysvallat
1.800.750.5300
www.domicomed.com

