

REF 6001

Жылтырататын майлық

Пайдалану мақсаты

Жылтыратын майлық қатты эндоскоптарда пайдаланылады, объективтен қоқысты кетіруге көмектесетін жылтыратқыш беті бар.

Ескерту

- Тек қатты эндоскоптармен пайдаланыңыз.
- Тым қатты ыстық бетке пайдалануға БОЛМАЙДЫ.
- Химиялық заттармен немесе ерітінділермен пайдалануға БОЛМАЙДЫ.
- Жастыққа өзгеріс енгізуге БОЛМАЙДЫ.
- Жылтыратқан кезде эндоскопты майыстыруға БОЛМАЙДЫ.

Оқыс оқиға орын алған жағдайда

Бұл құрылғымен байланысты кез келген оқыс оқиға туралы өндірушіге және пайдаланушы және/немесе пациент орналасқан мүше елдің тиісті уәкілетті органына дереу хабарлау керек және.



Domicomed.com/eifu



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street,
Swata, BKR 4013 Мальта



Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430
АҚШ
1.800.750.5300
www.domicomed.com

