

REF 6001

Parlatma Pedi

Kullanım Amacı

Sert endoskoplarda kullanılmak üzere tasarlanan Parlatma Pedi, lens üzerindeki kalıntıların azaltılmasına yardımcı olan bir parlatma yüzeyine sahiptir.

Uyarılar

- Sadece sert endoskoplarla kullanın.
- Çok sıcak yüzeylerde KULLANMAYIN.
- Kimyasal maddeler veya çözücülerle KULLANMAYIN.
- Pedlerde herhangi bir DEĞİŞİKLİK YAPMAYIN.
- Parlatma sırasında endoskopu BÜKMEYİN.

Bir Olay Meydana Gelmesi Durumunda

Bu cihazla bağlantılı olarak meydana gelen herhangi bir ciddi olay, üreticiye ve kullanıcının ve/veya hastanın bulunduğu üye devletin ilgili makamına bildirilmelidir.



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street,
Swata, BKR 4013 Malta



Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430
ABD
1.800.750.5300
www.domicomed.com

