

REF 6002

Tampon de polissage non stérile

Utilisation prévue

Le tampon de polissage non stérile, conçu pour être utilisé sur des endoscopes rigides, présente une surface de polissage qui aide à réduire les débris de la lentille.

Avertissements

- Utiliser uniquement avec des endoscopes rigides.
- NE PAS utiliser sur des surfaces très chaudes.
- NE PAS utiliser avec des produits chimiques ou des solvants.
- NE PAS apporter de modifications aux plaquettes.
- NE PAS plier la lunette pendant le polissage

En cas d'incident

Tout incident grave survenant en rapport avec ce dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est basé.



Domicomed.com/eifu



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2^e étage, Tower Street,
Swata, BKR 4013 Malte



Domico Med-Device, LLC
14241 chemin North Fenton
Fenton, MI 48430
USA
1.800.750.5300
www.domicomed.com

