

REF 6002

Gąbka polerska niejałowa

Przeznaczenie

Gąbka polerska niejałowa jest przeznaczona do użycia na sztywnych endoskopach. Gąbka jest wyposażona w powierzchnię polerującą, za pomocą której można usuwać zanieczyszczenia z soczewki.

Ostrzeżenia

- Używać tylko do endoskopów sztywnych.
- NIE UŻYWAĆ na bardzo gorących powierzchniach.
- NIE UŻYWAĆ ze środkami chemicznymi i rozpuszczalnikami.
- NIE MODYFIKOWAĆ gąbek w żaden sposób.
- NIE ZAGINAĆ endoskopu podczas polerowania.

Incydenty

Każdy poważny incydent związany z użytkowaniem tego wyrobu medycznego musi zostać zgłoszony producentowi oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym znajduje się użytkownik i/lub pacjent.



Domicomed.com/eifu



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street,
Swata, BKR 4013 Malta



Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430
USA
1.800.750.5300
www.domicomed.com

