

REF 6002

Нестерилна полираща подложка

Предназначение

Нестерилната полираща подложка, предназначена за използване с твърди ендоскопи, разполага с полираща повърхност, която спомага за намаляване на замърсяванията по лещата.

Предупреждения

- Използвайте само с твърди ендоскопи.
- НЕ използвайте върху много горещи повърхности.
- НЕ използвайте с химикали или разтворители.
- НЕ правете никакви модификации по подложките.
- НЕ огъвайте ендоскопа по време на полирането.

В случай на инцидент

Всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с това изделие, трябва да бъде докладван на производителя и на съответния орган на държавата членка, в която се намира потребителят и/или пациентът.

Утилизация

Изхвърляйте в съответствие с правилата на медицинското заведение и общинските препоръки.



Domicomed.com/eifu



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street,
Swata, BKR 4013 Malta



Casus Switzerland GmbH, Hinterbergstrasse 49,
6312 Steinhausen, Switzerland



Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430
USA
1.800.750.5300
www.domicomed.com

