

REF 6002

Epästeriili kiillotustyyny

Käyttötarkoitus

Jäykissä endoskoopeissa käytettäväksi suunnitellussa Non-Sterile Buffing Pad -puhdistustyynyssä on kiillotuspinta, joka auttaa vähentämään roskia linssistä.

Varoitukset

- Käytä vain jäykkien endoskooppien kanssa
- ÄLÄ käytä erittäin kuumilla pinnoilla
- ÄLÄ käytä kemikaalien tai liuottimien kanssa
- ÄLÄ tee muutoksia tyynyihin
- ÄLÄ taivuta tähytintä hiottaessasi

Onnettomuuden sattuessa

Kaikista tähän laitteeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista on ilmoitettava valmistajalle ja sen jäsenvaltion asianomaiselle viranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas sijaitsee.

Hävittäminen

Hävitä terveydenhuoltolaitoksen ja kunnallisen ohjeistuksen mukaan.



Domicomed.com/eifu



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street,
Swata, BKR 4013 Malta



Casus Switzerland GmbH, Hinterbergstrasse 49,
6312 Steinhausen, Switzerland



Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430
Yhdysvallat
1.800.750.5300
www.domicomed.com

