

REF 6002

Nicht-steriler Polierpad

Vorgesehene Verwendung

Der nicht-sterile Polierpad, der für die Verwendung an starren Endoskopen entwickelt wurde, verfügt über eine Polierfläche, die hilft, Ablagerungen von der Linse zu reduzieren.

Warnungen

- Nur mit starren Endoskopen verwenden.
- NICHT auf sehr heißen Oberflächen verwenden.
- NICHT mit Chemikalien oder Lösungsmitteln verwenden.
- NICHT an Pads Änderungen vornehmen.
- NICHT das Endoskop während des Polierens biegen.

Im Falle eines Vorfalls

Jeder schwerwiegende Vorfall, der im Zusammenhang mit diesem Gerät auftritt, muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Benutzer und/oder Patient ansässig ist, gemeldet werden.

Entsorgung

Gemäß den Leitlinien der medizinischen Einrichtung oder kommunaler Leitlinien entsorgen.



Domicomed.com/eifu



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street,
Swata, BKR 4013 Malta



Casus Switzerland GmbH, Hinterbergstrasse 49,
6312 Steinhausen, Switzerland



Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430
USA
1.800.750.5300
www.domicomed.com

