

REF 6002

Tampone lucidante non sterile

Destinazione d'uso

Il tampone lucidante non sterile, progettato per l'utilizzo su endoscopi rigidi, è dotato di una superficie che contribuisce a ridurre l'accumulo di residui sulla lente.

Avvertenze

- Utilizzare esclusivamente con endoscopi rigidi.
- NON utilizzare su superfici molto calde.
- NON utilizzare con sostanze chimiche o solventi.
- NON apportare modifiche ai tamponi.
- NON piegare l'endoscopio durante la lucidatura.

In caso di incidente

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione a questo dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utente e/o il paziente.

Smaltimento

Smaltire secondo le linee guida della struttura sanitaria e del Comune.



Domicomed.com/eifu



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street,
Swata, BKR 4013 Malta



Casus Switzerland GmbH, Hinterbergstrasse 49,
6312 Steinhausen, Switzerland



Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430
USA
1.800.750.5300
www.domicomed.com

