

REF 6002

Almofada de polimento não estéril

Uso pretendido

A almofada de polimento não estéril, projetada para uso em endoscópios rígidos, apresenta uma superfície de polimento que ajuda a reduzir os resíduos da lente.

Atenção

- Use somente com endoscópios rígidos.
- NÃO use em superfícies muito quentes.
- NÃO use com produtos químicos ou solventes.
- NÃO faça nenhuma modificação nas almofadas.
- NÃO dobre o endoscópio durante o polimento

Em caso de incidente

Qualquer incidente grave relacionado a este dispositivo deve ser relatado ao fabricante e à autoridade competente do estado membro onde o usuário e/ou o paciente reside.

Descarte

Elimine de acordo com as orientações municipais e da instituição médica.



Domicomed.com/eifu



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street,
Swata, BKR 4013 Malta



Casus Switzerland GmbH, Hinterbergstrasse 49,
6312 Steinhausen, Switzerland



Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430
EUA
1.800.750.5300
www.domicomed.com

