

REF 6002

Nesterilna blazinica za poliranje

Predvidena uporaba

Nesterilna polirna blazinica, zasnovana za uporabo na togih endoskopi, ima polirno površino, ki pomaga zmanjšati umazanijo iz leče.

opozorila

- Uporabljajte le s trdimi endoskopi.
- NE uporabljajte ga na zelo vročih površinah.
- NE uporabljajte skupaj s kemikalijami ali topili.
- NE izvajajte nobenih sprememb na blazinicah.
- Med brušenjem NE upogibajte daljnogleda

V Dogodku Incidenta

Vsak resen incident, ki se zgodi v zvezi s to napravo, je treba prijaviti proizvajalcu in ustreznemu organu države članice, v kateri ima uporabnik in/ali pacient sedež.

Odstranjevanje

Odstranite v skladu s smernicami zdravstvene ustanove in občine.



Domicomed.com/eifu



Advena Ltd. Poslovno središče Tower, 2nd Etaža, Tower Street, Swatar, BKR 4013 Malta



Casus Switzerland GmbH, Hinterbergstrasse 49, 6312 Steinhausen, Switzerland



Domico Med-Naprava, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430
USA
1.800.750.5300
www.domicomed.com

Nesterilna blazinica za poliranje|

