

REF 6002

Steril Olmayan Parlatma Pedi

Kullanım Amacı

Sert endoskoplarda kullanılmak üzere tasarlanan Steril Olmayan Parlatma Pedi, lens üzerindeki kalıntıların azaltılmasına yardımcı olan bir parlatma yüzeyine sahiptir.

Uyarılar

- Sadece sert endoskoplarla kullanın.
- Çok sıcak yüzeylerde KULLANMAYIN.
- Kimyasal maddeler veya çözücülerle KULLANMAYIN.
- Pedlerde herhangi bir DEĞİŞİKLİK YAPMAYIN.
- Parlatma sırasında endoskopi BÜKMEYİN.

Bir Olay Meydana Gelmesi Durumunda

Bu cihazla bağlantılı olarak meydana gelen herhangi bir ciddi olay, üreticiye ve kullanıcının ve/veya hastanın bulunduğu üye devletin ilgili makamına bildirilmelidir.

İmha

Tıbbi tesis ve belediye yönergelerine göre bertaraf edin.



Domicomed.com/eifu



Advena Ltd. Tower Business Centre, 2nd Flr., Tower Street,
Swata, BKR 4013 Malta



Casus Switzerland GmbH, Hinterbergstrasse 49,
6312 Steinhausen, Switzerland



Domico Med-Device, LLC
14241 North Fenton Rd.
Fenton, MI 48430
ABD
1.800.750.5300
www.domicomed.com

